

- ๓ ระบบพวงมาลัยขับเคลื่อนขวาระบบแรคแอนด์พีนีเยน พร้อมเพาเวอร์จากโรงงานผู้ผลิต
๔. ระบบห้ามล้อ ดิสเบรกล้อหน้า ครัมเบรกล้อหลัง หรือดิสเบรกทั้งสองล้อ
๕. ระบบไฟฟ้าใช้แบตเตอรี่ขนาด ๑๒ โวลต์ ไม่ต่ำกว่า ๖๕แอมแปร์พร้อมทั้งอุปกรณ์และคอมไฟฟ้า
๖. ล้อกระทะและยางเป็นขนาดมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต
๗. ความยาวช่วงล้อหน้า-หลัง ไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ มิลลิเมตร
๘. ในห้องคนขับ ติดตั้งเครื่องรับวิทยุระบบ พร้อมลำโพง
๙. ห้องคนขับมีประตู เปิด-ปิด ทั้งด้านซ้ายและด้านขวา มีกุญแจล็อกได้
๑๐. เบาะนั่งด้านหน้าหุ้มด้วยเบาะหนังอย่างดี
๑๑. ในห้องคนขับติดตั้งกระจกไฟฟ้าแบบ ขึ้น-ลง อัตโนมัติ
๑๒. มีวิทยุคมนาคม VHF/FM พร้อมอุปกรณ์
๑๓. เครื่องสัญญาณไฟฉุกเฉินพร้อมเครื่องขยายเสียง

หมวด ข คุณลักษณะของครุภัณฑ์การแพทย์ ประกอบด้วย

๑. เตียงนอนโลหะผสม แบบมีล้อเซ็น ปรับเป็นรถเซ็นได้
- ๒ ตัวเตียงและโครงทำจากอลูมิเนียม มีความแข็งแรงทนทาน
๓. แผ่นรองตัวผู้ป่วยทำจากอลูมิเนียม หรือโลหะปลอดสนิมอย่างดี
๔. พนักพิงหลังสามารถปรับระดับได้ไม่น้อยกว่า ๗๐ องศา โดยมีใช้ค้ำช่วยรับน้ำหนักผู้ป่วย
๕. การปรับเปลี่ยนจากเตียงนอนเป็นเก้าอี้เซ็น สามารถทำได้สะดวกโดยเจ้าหน้าที่เพียงคนเดียว
๖. มีเบาะรองนอน พร้อมสายรัดผู้ป่วย ๒ เส้น
๗. เตียงออกแบบให้ง่ายต่อการทำความสะอาด
๘. เตียงชนิดนี้ใช้ในโรงพยาบาล รถพยาบาลฉุกเฉิน ในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยและผู้ได้รับบาดเจ็บ
๙. มีประตูด้านหลัง ปิด - เปิด สำหรับยกเตียงผู้ป่วยเข้า - ออก
๑๐. มีตู้เก็บท่อ บรรจุก๊าซไม่น้อยกว่า ๒ ท่อ ที่แขวนน้ำเกลือ
๑๑. ห้องพยาบาลมีตู้ใส่อุปกรณ์และเวชภัณฑ์
๑๒. ชุดช่วยหายใจชนิดใช้มือปั๊มสำหรับเด็กและผู้ใหญ่
๑๓. เครื่องส่งกล่องเสียงและเครื่องดูดของเหลวใช้กับไฟรถยนต์
๑๔. เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดติดผนัง
๑๕. ชุดป้องกันกระตุกคอเคลื่อน
๑๖. ชุดเผือกลม
๑๗. ชุดให้ออกซิเจน แบบ Pipe Line สำหรับส่งท่อก๊าซ

๔.๑ อุปกรณ์ประจำรถ

- ๔.๑.๑ ยางอะไหล่พร้อมกระทะล้อ ตามขนาดมาตรฐาน ๑ ชุด
- ๔.๑.๒ แม่แรงยกรถพร้อมด้ามแบบมาตรฐานประจำรถของผู้ผลิต ๑ ชุด
- ๔.๑.๓ ประแจถอดล้อ ๑ อัน
- ๔.๑.๔. เครื่องมือประจำรถตามมาตรฐานผู้ผลิตอย่างน้อยประกอบด้วย
 - ประแจปากตาย ๒ ตัว
 - ไขควงทั้งปากแบนและแฉก ๑ ชุด